

ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம்

ந.க.எண்: **B4/5227/2022**

நாள்: **24.05.2022**

முதுநிலை மண்டல மேலாளர் அலுவலகம்,

த.நா.நு.பொ.வா.கழகம், திருவாரூர்.

திருவாரூர் மண்டலத்திற்கு 120 எண்ணங்கள் புதிய 200 Kgs மின்னணு எடைமேடை தராசுகளை விற்பனை செய்வதற்கான குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கும் படிவம்.

பார்வையில் கண்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு கீழ்க்கண்டுள்ளபடி ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கிறேன்.

திருவாரூர் மண்டலத்திற்கு புதிய 200 Kgs மின்னணு எடைமேடை தராசுகளை, லாரி வாடகை, இறக்குகூலி உட்பட விற்பனைக்கு செய்வதற்கு சம்மதித்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கிறேன்.

புதிய 200 Kgs மின்னணு எடைமேடை தராசுகள்

விபரம்	
ஒப்பந்தப்புள்ளி தாரர் பெயர்	
முழுமுகவரியுடன்	
GST IN	
வங்கி கணக்கு எண்	
EMD (வரைவோலை) தொகை	
வரைவோலை எண்	
நாள்	
தராசு ஒன்றுக்கு அளிக்கும் விலை + GST 18 %	ரூ.பை

I SPECIFICATION OF ELECTRONIC WEIGHING PLATFORM SCALE

1	Capacity	200 Kgs.
2	SS Plate Size	600 x 600mm (Approximate) Gauge thickness 16 SWG, 304 Gr.
3	Accuracy	20 gm. + or -
4	Battery	"Exide" or Equivalent make mounted, maintenance free with back up period of 12 Hours. Guaranty period one year for Battery.
5	Display:	6 Digits 14mm Super bright RED/GREEN-LED with Front and Rear display Pole mounted.
6	Power supply:	240V AC 50 HZ.
7	Charger:	In built Battery Charger.
8	Pole:	S.S.16 SWG
9	Load Cell	Made out of Tool Steel (No other Load Cell will be accepted) 150% of the rated capacity of 100 and 200 Kgs
10	Type	Back Rail should be rigidly out of Squire MS Tube Mounted in the Platform without any shake
11	Other Feature	1. Auto off 2. In built stabiliser to meet out low or high voltage 3. The Machine should work either in Power or Battery. The Machine should work in A.C. even if Battery fails. 4. Low Battery Indicator